

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgM : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۲۳	۱,۱۲۹	۵۲,۴۰۶	۵۳,۵۳۵	۵۴,۶۶۴	۵۵,۷۹۳	۵۶,۹۲۲	۵۸,۰۵۱	۵۹,۱۸

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۵۷,۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۵۸,۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۵۵,۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۵۷,۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
۵۷,۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۵۶,۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۵۶,۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۵۶,۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۵۷,۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۵۷,۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۵۷,۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۵۵,۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۵۷,۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۵۵,۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۵۸,۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۵
۵۶,۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۵۶,۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۵۷,۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۵۷,۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۵۶,۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۲
۵۵,۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۴

CV%: 1.708	SD: 0.971	Mean: 56.832
------------	-----------	--------------

