



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Alkaline Phosphatase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۳۶	۱۹,۲۴۸	۵۹۷,۹۵۶	۶۱۷,۲۰۴	۶۳۶,۴۵۲	۶۵۵,۷	۶۷۴,۹۴۸	۶۹۴,۱۹۶	۷۱۳,۴۴۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۶۷۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۶۷۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۶۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۶۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
۶۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۶۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۶۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۶۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۶۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۶۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۶۴۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۶۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۹
.	۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۶۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۶۳۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۶۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۶۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۶۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۶۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۵
۶۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۶۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۶۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۶۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۶۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۶۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۲
۶۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۴

CV%: 2.034	SD: 13.285	Mean: 653.08
------------	------------	--------------

