



SP-protein L1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

C3 : عنوان آزمایش :
Olympus-2 : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۴۰۵

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۶	۴,۶۶۷	۷۶	۸۰,۶۶۷	۸۵,۳۳۳	۹۰	۹۴,۶۶۷	۹۹,۳۳۳	۱۰۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۸/۰۹/۲۱
.	۱۳۹۸/۰۹/۲۳
.	۱۳۹۸/۰۹/۲۴
.	۱۳۹۸/۰۹/۲۵
.	۱۳۹۸/۰۹/۲۶
.	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۸۹,۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۸۵,۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۸۹,۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۹۱,۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۹۰,۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۸۷,۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۹۰,۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
.	۱۳۹۸/۰۹/۰۷
.	۱۳۹۸/۰۹/۰۹
.	۱۳۹۸/۰۹/۱۰
.	۱۳۹۸/۰۹/۱۱
.	۱۳۹۸/۰۹/۱۲
.	۱۳۹۸/۰۹/۱۳
.	۱۳۹۸/۰۹/۱۴
.	۱۳۹۸/۰۹/۱۶
.	۱۳۹۸/۰۹/۱۷
.	۱۳۹۸/۰۹/۱۸
.	۱۳۹۸/۰۹/۱۹
.	۱۳۹۸/۰۹/۲۰

مقدار	تاریخ
۸۶,۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۷
۸۶,۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۸
۸۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۸۷,۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۸۸,۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۸۹,۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۸۷,۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۸۸,۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۵
۸۷,۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۹۰,۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۹۰,۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۹۰,۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۹۰,۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۲
۸۷,۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۹۱,۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۹۲,۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۸۷,۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۸۸,۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
۸۸,۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۱

CV%: 2.221	SD: 1.971	Mean: 88.736
------------	-----------	--------------

