



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Alkaline Phosphatase

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۳۷۲	۶,۱۸۵	۱۶۴,۸۷۸	۱۷۱,۰۶۳	۱۷۷,۲۴۸	۱۸۳,۴۳۳	۱۸۹,۶۱۸	۱۹۵,۸۰۳	۲۰۱,۹۸۸

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۹۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۵
۱۸۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۶
۱۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۸
۱۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۹
۱۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۱۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۱۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۳
۱۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۱۸۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۱۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۱۷۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۱۷۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۷۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۱۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۱۸۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۱۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۱۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۵
۱۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۸۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۸
۱۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۱۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۱۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۱۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۲
۱۷۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۴

CV%: 2.61	SD: 4.793	Mean: 183.68
-----------	-----------	--------------

