

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus-۳ : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲

Beta hCG : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۷۵۱۱۱۷۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۷,۲۵۴	۳۱,۹۸۷	۳۴۵,۰۱	۳۷۶,۹۹۷	۴۰۸,۹۸۴	۴۴۰,۹۷۱	۴۷۲,۹۵۸	۵۰۴,۹۴۵	۵۳۶,۹۳۲

مقدار	تاریخ
۴۱۳,۷۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۴۱۰,۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۴۲۷,۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۶
۴۵۶,۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۸
۴۵۴,۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹
۴۷۷,۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۶۰,۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۹
۴۶۶,۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۰
۴۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۱
۴۵۱,۹۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۴
۴۱۹,۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۱
۴۲۰,۷۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۲
۴۶۳,۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۳

مقدار	تاریخ
۴۴۴,۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۴۳۴,۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۲
۵۰۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۴۷۵,۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۴
۳۹۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۵
۴۵۷,۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۴۴۳,۰۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۸

CV%: 5.989	SD: 26.656	Mean: 445.081
------------	------------	---------------

