



عنوان کنترل : BioRAD2  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان آزمایش : Direct Bilirubin  
عنوان دستگاه : Olympus-C

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۵۵۲	۰,۰۱۹	۱,۱۳۵	۱,۱۵۴	۱,۱۷۳	۱,۱۹۲	۱,۲۱۱	۱,۲۳	۱,۲۴۹

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۱,۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱,۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۱,۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۱,۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۱,۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱,۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۱,۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۱,۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۱,۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۱,۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱,۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱,۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱,۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۱,۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱,۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱,۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۱,۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۱,۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۱,۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۱,۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۱,۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱,۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱,۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۴

CV%: 1.699	SD: 0.02	Mean: 1.198
------------	----------	-------------

