



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : ( Ca ( Calcium

Olympus-C : عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۱۳۸	۰,۱۴۴	۱۲,۲۶	۱۲,۴۰۴	۱۲,۵۴۸	۱۲,۶۹۲	۱۲,۸۳۶	۱۲,۹۸	۱۳,۱۲۴

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۳,۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۱۲,۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۱۲,۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۱۲,۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۲,۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۱۲,۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۱۲,۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۱۲,۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۱۲,۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱۲,۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱۲,۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۲,۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱۲,۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۱۲,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۲,۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۲,۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۱۲,۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۱۲,۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۱۲,۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۱۲,۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۱۲,۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۲,۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱۲,۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۱۲,۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۵

CV%: 1.307	SD: 0.166	Mean: 12.705
------------	-----------	--------------

