



BioRAD2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Total Bilirubin : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۵۰۷	۰,۱۲	۴,۴۳۱	۴,۵۵۱	۴,۶۷۱	۴,۷۹۱	۴,۹۱۱	۵,۰۳۱	۵,۱۵۱

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۴,۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۴,۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۴,۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۴,۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۵,۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۴,۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۴,۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۵,۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۴,۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۴,۶۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۴,۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۴,۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۴,۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۴,۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۴,۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۴,۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۴,۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۴,۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴

CV%: 2.677	SD: 0.13	Mean: 4.861
------------	----------	-------------

