

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

CPK Total : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۲,۱۷۱	۳,۱۱۵	۱۳۴,۱۸۸	۱۳۷,۳۰۳	۱۴۰,۴۱۸	۱۴۳,۵۳۳	۱۴۶,۶۴۸	۱۴۹,۷۶۳	۱۵۲,۸۷۸

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۱۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۱۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۱۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۱۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۱۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
.	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۴۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۱۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۱۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۱۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۱۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۱۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۱۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۱۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۵

CV%: 1.981	SD: 2.866	Mean: 144.708
------------	-----------	---------------

