



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Triglycerides : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۶۷	۲,۲۴۵	۸۸,۰۹۸	۹۰,۳۴۳	۹۲,۵۸۸	۹۴,۸۳۳	۹۷,۰۷۸	۹۹,۳۲۳	۱۰۱,۵۶۸

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۹۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۹۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۴

CV%: 2.371	SD: 2.261	Mean: 95.375
------------	-----------	--------------

