

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Albumin : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۷۰۳	۰,۰۴۷	۲,۶۰۳	۲,۶۵	۲,۶۹۷	۲,۷۴۴	۲,۷۹۱	۲,۸۳۸	۲,۸۸۵

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۲,۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۲,۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۲,۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۲,۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۲,۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۲,۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۲,۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۲,۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۲,۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۲,۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۲,۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۲,۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۲,۶۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۲,۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۲,۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲,۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۲,۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۲,۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۲,۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۲,۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۲,۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۲,۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۲,۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۲,۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۵

CV%: 2.102	SD: 0.058	Mean: 2.745
------------	-----------	-------------

