

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Direct Bilirubin : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۹۹	۰,۰۰۷	۰,۳۷۳	۰,۳۸	۰,۳۸۷	۰,۳۹۴	۰,۴۰۱	۰,۴۰۸	۰,۴۱۵

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۰,۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۰,۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۰,۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۰,۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۰,۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۰,۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۰,۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۰,۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۰,۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۰,۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۰,۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۰,۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۰,۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۰,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۴

CV%: 1.474	SD: 0.006	Mean: 0.396
------------	-----------	-------------

