



BioRAD2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Transferrin : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۵۷۹	۲,۸۵۵	۱۷۲,۱۹۲	۱۷۵,۰۴۷	۱۷۷,۹۰۲	۱۸۰,۷۵۷	۱۸۳,۶۱۲	۱۸۶,۴۶۷	۱۸۹,۳۲۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۱۸۳,۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۱۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۱۷۸,۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۱۷۹,۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۱۷۶,۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۱۷۸,۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۱۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱۷۵,۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱۷۸,۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
.	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۸۱,۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۱۷۶,۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۸۱,۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۷۵,۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۱۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۱۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۱۸۵,۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۱۸۳,۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۱۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۸۲,۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱۸۰,۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۱۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۵

CV%: 1.82	SD: 3.278	Mean: 180.146
-----------	-----------	---------------

