

# آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fasting Blood Glucose : عنوان آزمایش :

Olympus-C

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان دستگاه :

| %CV   | SD    | SD <sup>۳</sup> - | SD <sup>۲</sup> - | SD <sup>۱</sup> - | MEAN  | SD <sup>۱</sup> | SD <sup>۲</sup> | SD <sup>۳</sup> |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱,۵۷۴ | ۴,۴۱۶ | ۲۶۷,۲۵۲           | ۲۷۱,۶۶۸           | ۲۷۶,۰۸۴           | ۲۸۰,۵ | ۲۸۴,۹۱۶         | ۲۸۹,۳۳۲         | ۲۹۳,۷۴۸         |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| .     | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
| .     | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
| .     | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
| .     | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
| .     | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
| .     | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
| .     | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
| .     | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
| .     | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
| .     | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
| .     | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۸۲   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
| ۲۸۰   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
| ۲۷۹   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
| ۲۷۶   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
| ۲۷۴   | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
| ۲۸۶   | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
| ۲۸۴   | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
| ۲۸۹   | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
| ۲۸۷   | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
| ۲۸۷   | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
| ۲۷۹   | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
| ۲۸۵   | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |

| مقدار | تاریخ      |
|-------|------------|
| ۲۸۱   | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
| ۲۷۶   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
| ۲۷۸   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
| ۲۸۰   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
| ۲۸۱   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
| ۲۷۴   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
| ۲۸۵   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
| ۲۸۷   | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
| ۲۸۴   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
| ۲۸۷   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
| ۲۸۴   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
| ۲۸۳   | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| CV%: 1.551 | SD: 4.374 | Mean: 282 |
|------------|-----------|-----------|

