

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Transferrin : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۵۸	۳,۸۸	۲۳۳,۹۶	۲۳۷,۸۴	۲۴۱,۷۲	۲۴۵,۶	۲۴۹,۴۸	۲۵۳,۳۶	۲۵۷,۲۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۲۴۵,۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۲۴۷,۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۲۴۵,۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۲۴۴,۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۲۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۲۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۲۴۹,۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۲۵۴,۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۲۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۲۴۷,۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۲۵۲,۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
.	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۲۵۰,۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۲۴۱,۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۲۳۸,۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۲۴۵,۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۳۶,۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۲۳۹,۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۲۴۳,۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۲۴۸,۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۲۴۷,۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۲۵۰,۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۲۴۳,۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۲۳۹,۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۲۴۹,۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۵

CV%: 1.89	SD: 4.652	Mean: 246.188
-----------	-----------	---------------

