



عنوان کنترل : BioRAD2  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Creatinine  
عنوان دستگاه : Olympus-C  
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۶۱۷	۰,۰۷۲	۴,۲۵۴	۴,۳۲۶	۴,۳۹۸	۴,۴۷	۴,۵۴۲	۴,۶۱۴	۴,۶۸۶

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۴,۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۴,۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۴,۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۴,۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۴,۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۴,۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۴,۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۴,۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۴,۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۴,۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۴,۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۴,۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۴,۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۴,۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۴,۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۴,۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۴,۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۴,۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۴,۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۴,۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۴,۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۴,۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۴,۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۴,۵۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۴

CV%: 1.551	SD: 0.07	Mean: 4.486
------------	----------	-------------

