



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Amylase : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۹۵۷	۱۲,۲۹۴	۳۷۸,۹۱۸	۳۹۱,۲۱۲	۴۰۳,۵۰۶	۴۱۵,۸	۴۲۸,۰۹۴	۴۴۰,۳۸۸	۴۵۲,۶۸۲

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۴۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۴۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۴۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۴۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۴۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۴۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۴۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۴۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۴۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۴۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۴۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
.	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۴۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۴۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۴۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۴۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۳۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۳۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۳۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۴۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۴۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۴۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۴۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۴۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۴۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۵

CV%: 2.668	SD: 11.088	Mean: 415.583
------------	------------	---------------

