



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Fasting Blood Glucose

: عنوان آزمایش :

Olympus-C

: عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۴۹۲	۱,۲۶۴	۸۰,۹۰۸	۸۲,۱۷۲	۸۳,۴۳۶	۸۴,۷	۸۵,۹۶۴	۸۷,۲۲۸	۸۸,۴۹۲

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۸۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۴

CV%: 1.516	SD: 1.283	Mean: 84.583
------------	-----------	--------------

