



عنوان کنترل : BioRAD1  
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Albumin  
عنوان دستگاه : Olympus-C  
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۵۳۸	۰,۰۶۴	۳,۹۵۴	۴,۰۱۸	۴,۰۸۲	۴,۱۴۶	۴,۲۱	۴,۲۷۴	۴,۳۳۸

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۴,۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۴,۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۴,۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۴,۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۴,۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۴,۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۴,۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۴,۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۴,۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۴,۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۴,۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۴,۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۴,۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۴,۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۴,۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۴,۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۴,۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۴,۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۴,۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۴,۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۴,۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۴,۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۴,۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۴,۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵

CV%: 1.531	SD: 0.063	Mean: 4.143
------------	-----------	-------------

