

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Total Bilirubin : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱

Olympus-C

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۸۵۴	۰,۰۳۸	۱,۲۱۲	۱,۲۵	۱,۲۸۸	۱,۳۲۶	۱,۳۶۴	۱,۴۰۲	۱,۴۴

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۱,۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۱,۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۱,۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۱,۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۱,۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۱,۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۱,۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۱,۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱,۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱,۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱,۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱,۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۱,۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱,۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱,۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۱,۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۱,۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۱,۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۱,۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۱,۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱,۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱,۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۴

CV%: 3.073	SD: 0.041	Mean: 1.346
------------	-----------	-------------

