

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : BioRAD2

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

(S.G.O.T. (AST

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۷۹	۴,۹۰۲	۱۹۱,۳۲۷	۱۹۶,۲۲۹	۲۰۱,۱۳۱	۲۰۶,۰۳۳	۲۱۰,۹۳۵	۲۱۵,۸۳۷	۲۲۰,۷۳۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۲۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۲۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۲۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۲۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۲۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۲۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۲۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۲۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۲۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۲۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۲۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۲۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۲۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۲۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۲۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۲۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۲۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۲۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۲۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۲۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۲۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۲۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۴

CV%: 1.97	SD: 4.091	Mean: 207.708
-----------	-----------	---------------

