

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Uric Acid : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-----|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۱ | ۰,۰۴۷ | ۴,۵۹۸ | ۴,۶۴۵ | ۴,۶۹۲ | ۴,۷۳۹ | ۴,۷۸۶ | ۴,۸۳۳ | ۴,۸۸ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴,۷۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
| ۴,۷۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
| ۴,۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
| ۴,۷۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
| ۴,۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
| ۴,۷۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
| ۴,۷۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
| ۴,۷۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
| ۴,۷۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
| ۴,۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
| ۴,۷۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
| ۴,۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۴,۷۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
| ۴,۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
| ۴,۷۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
| ۴,۷۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
| ۴,۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
| ۴,۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
| ۴,۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
| ۴,۷۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
| ۴,۷۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
| ۴,۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
| ۴,۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
| ۴,۷۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |

| | | |
|------------|----------|-------------|
| CV%: 0.852 | SD: 0.04 | Mean: 4.745 |
|------------|----------|-------------|

