

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgA : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۵۹	۳,۹۱۹	۱۶۱,۷۷۶	۱۶۵,۶۹۵	۱۶۹,۶۱۴	۱۷۳,۵۳۳	۱۷۷,۴۵۲	۱۸۱,۳۷۱	۱۸۵,۲۹

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۱۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۱۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۱۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۱۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۱۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۱۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۱۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
.	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۱۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۱۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۱۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۱۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۱۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۱۸۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۱۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۵

CV%: 1.778	SD: 3.118	Mean: 175.375
------------	-----------	---------------

