

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Uric Acid : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۲۶۴۵۱

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۰۳۳	۰,۱	۹,۴۲۲	۹,۵۲۲	۹,۶۲۲	۹,۷۲۲	۹,۸۲۲	۹,۹۲۲	۱۰,۰۲۲

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۹,۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۹,۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۹,۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۹,۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۹,۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۹,۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۹,۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۹,۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۹,۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۹,۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۹,۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۹,۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۹,۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۹,۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۹,۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۹,۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۹,۶۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۹,۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۹,۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۹,۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۹,۸۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۹,۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۹,۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۹,۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۴

CV%: 1.3	SD: 0.127	Mean: 9.732
----------	-----------	-------------

