



BioRAD1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۱

Total Cholesterol : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۷۷	۴,۲	۲۳۷,۹	۲۴۲,۱	۲۴۶,۳	۲۵۰,۵	۲۵۴,۷	۲۵۸,۹	۲۶۳,۱

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۲۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۲۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۲۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۲۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۲۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۲۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۲۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۲۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۲۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۲۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۲۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۲۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۲۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۲۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۲۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۲۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۲۵۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۲۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۲۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۲۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۲۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۲۵۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۲۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۲۵۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴

CV%: 1.392	SD: 3.505	Mean: 251.75
------------	-----------	--------------

