



BioRAD2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

IgA

عنوان آزمایش :

Olympus-C

عنوان دستگاه :

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۰۴۶	۲,۶۵۹	۱۲۱,۹۹	۱۲۴,۶۴۹	۱۲۷,۳۰۸	۱۲۹,۹۶۷	۱۳۲,۶۲۶	۱۳۵,۲۸۵	۱۳۷,۹۴۴

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۱۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۱۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۱۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۱۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۱۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۱۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۱۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۱۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۱۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۱۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۱۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۱۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۱۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۱۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۱۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۱۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۱۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۵

CV%: 2.547	SD: 3.296	Mean: 129.417
------------	-----------	---------------

