



BioRAD1 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

Amylase : عنوان آزمایش :

سری ساخت : ۲۶۴۵۱ Olympus-C : عنوان دستگاه :

| %CV | SD | SD ^۳ - | SD ^۲ - | SD ^۱ - | MEAN | SD ^۱ | SD ^۲ | SD ^۳ |
|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ۲,۰۸۸ | ۱,۷۱۲ | ۷۶,۸۳۱ | ۷۸,۵۴۳ | ۸۰,۲۵۵ | ۸۱,۹۶۷ | ۸۳,۶۷۹ | ۸۵,۳۹۱ | ۸۷,۱۰۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۸۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
| ۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
| ۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
| ۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
| ۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
| ۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
| ۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
| ۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
| ۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
| ۸۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
| ۸۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
| ۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |

| مقدار | تاریخ |
|-------|------------|
| ۸۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
| ۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
| ۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
| ۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
| ۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
| ۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
| ۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
| ۸۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
| ۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
| ۸۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
| ۸۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
| ۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
| ۸۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |

| | | |
|------------|-----------|--------------|
| CV%: 2.162 | SD: 1.765 | Mean: 81.625 |
|------------|-----------|--------------|

