

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : PTS1

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

عنوان آزمایش : (S.G.O.T. (AST

عنوان دستگاه : Olympus-C

سری ساخت : GN423

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰	۳,۳۳۳	۳۴,۰۰۱	۳۷,۳۳۴	۴۰,۶۶۷	۴۴	۴۷,۳۳۳	۵۰,۶۶۶	۵۳,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۴۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۹

CV%: 4.201	SD: 1.938	Mean: 46.13
------------	-----------	-------------

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.

