

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



PT51 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

Fe : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :
سری ساخت : GN423

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۰	۷	۸۹	۹۶	۱۰۳	۱۱۰	۱۱۷	۱۲۴	۱۳۱

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۹

CV%: 2.773	SD: 2.902	Mean: 104.652
------------	-----------	---------------

