

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



PT51 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

Triglycerides : عنوان آزمایش :

سری ساخت : GN423

Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱۲,۵	۷,۳۳۳	۶۰,۰۰۱	۶۷,۳۳۴	۷۴,۶۶۷	۸۲	۸۹,۳۳۳	۹۶,۶۶۶	۱۰۳,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۸۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۸۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۸۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۸۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۸۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۹

CV%: 5.773	SD: 4.742	Mean: 82.13
------------	-----------	-------------

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.

