

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



PT51 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

سری ساخت : GN423

عنوان آزمایش : Amylase
عنوان دستگاه : Olympus-C

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۵۷۲	۱,۸۸۳	۶۷,۵۵۱	۶۹,۴۳۴	۷۱,۳۱۷	۷۳,۲	۷۵,۰۸۳	۷۶,۹۶۶	۷۸,۸۴۹

مقدار	تاریخ
۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵
۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۶
۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۰

CV%: 1.333	SD: 0.995	Mean: 74.64
------------	-----------	-------------

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.

