

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : PTS2

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

(S.G.O.T. (AST

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

سری ساخت : GP223

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۲۳۴	۵,۲۹۷	۱۴۷,۹۰۹	۱۵۳,۲۰۶	۱۵۸,۵۰۳	۱۶۳,۸	۱۶۹,۰۹۷	۱۷۴,۳۹۴	۱۷۹,۶۹۱

مقدار	تاریخ
۱۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۱۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۱۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۱۶۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۱۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۵۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
۱۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۱۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۲

CV%: 2.999	SD: 5.055	Mean: 168.583
------------	-----------	---------------

