

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus-۳ : عنوان کنترل : شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
Beta hCG : عنوان آزمایش : ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۰۳۹	۱۴,۱۴۷	۴۲۳,۱۴۵	۴۳۷,۲۹۲	۴۵۱,۴۳۹	۴۶۵,۵۸۶	۴۷۹,۷۳۳	۴۹۳,۸۸	۵۰۸,۰۲۷

مقدار	تاریخ
۴۶۹,۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۴۶۹,۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۴۷۵,۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۴۵۵,۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۴۶۶,۴۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۴۶۱,۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۴۶۴,۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۴۷۵,۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۴۵۷,۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۴۷۹,۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۴۷۴,۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۴۷۶,۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۴۷۵,۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۴۹۱,۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۴۶۹,۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۴۷۰,۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۴۸۷,۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۴۷۷,۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۴۶۵,۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۴۸۱,۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۴۸۶,۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۴۵۳,۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۴۷۲,۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۹

CV%: 2.103	SD: 9.924	Mean: 471.956
------------	-----------	---------------

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.

