

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : PTS1

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

سری ساخت : GN423

Fasting Blood Glucose

Olympus-C

عنوان آزمایش :

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۱۵۲	۲,۲۷۷	۹۹,۰۱۹	۱۰۱,۲۹۶	۱۰۳,۵۷۳	۱۰۵,۸۵	۱۰۸,۱۲۷	۱۱۰,۴۰۴	۱۱۲,۶۸۱

مقدار	تاریخ
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۱۰۳,۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۱۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۱۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۱۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۱۰۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۱۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۱۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۱۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۱۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۱۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲

CV%: 1.86	SD: 1.922	Mean: 103.317
-----------	-----------	---------------

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.

