

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : PTS1
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

سری ساخت : GN423

عنوان آزمایش : HDL Cholesterol
عنوان دستگاه : Olympus-C

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۶,۲۲۱	۲,۰۷۶	۲۷,۱۳۹	۲۹,۲۱۵	۳۱,۲۹۱	۳۳,۳۶۷	۳۵,۴۴۳	۳۷,۵۱۹	۳۹,۵۹۵

مقدار	تاریخ
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۵
۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۶
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۰

CV%: 2.006	SD: 0.651	Mean: 32.44
------------	-----------	-------------

