

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : PTS2
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

عنوان آزمایش : LDH
عنوان دستگاه : Olympus-C
سری ساخت : GP223

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۳۳۷	۱۹,۹۱۲	۷۹۲,۲۱۴	۸۱۲,۱۲۶	۸۳۲,۰۳۸	۸۵۱,۹۵	۸۷۱,۸۶۲	۸۹۱,۷۷۴	۹۱۱,۶۸۶

مقدار	تاریخ
۸۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۸۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۸۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۸۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
۸۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۸۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۸۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲

CV%: 2.148	SD: 18.718	Mean: 871.542
------------	------------	---------------

