

# آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.



PTSI : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

سری ساخت : GN423

Total Bilirubin : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۷۵۲	۰,۰۲۶	۰,۶۲۲	۰,۶۴۸	۰,۶۷۴	۰,۷	۰,۷۲۶	۰,۷۵۲	۰,۷۷۸

مقدار	تاریخ
۰,۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۰,۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳
۰,۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۴
۰,۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۵
۰,۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷
۰,۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۸
۰,۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۹

مقدار	تاریخ
۰,۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۱
۰,۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳
۰,۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴
۰,۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۵
۰,۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۶
۰,۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷
۰,۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۸
۰,۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۰
۰,۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۱

مقدار	تاریخ
۰,۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱
۰,۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۲
۰,۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۳
۰,۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۴
۰,۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۶
۰,۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷
۰,۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸
۰,۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹
۰,۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۰

CV%: 2.998	SD: 0.021	Mean: 0.714
------------	-----------	-------------

